



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Республика Беларусь, зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

телефон: +375 17 207 65 61, **адрес электронной почты:** marketing@belgastehnika.by,

в лице директора Оболенского Евгения Вячеславовича

заявляет, что Сигнализаторы горючих газов «ДОЗОР»

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Республика Беларусь, ТУ РБ 100270876.105-2004 «Сигнализатор горючих газов «ДОЗОР»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 10 100 0,

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

- протоколы испытаний № 43-03/2130-6-2019, № 43-03/2130-7-2019, № 43-03/2130-8-2019, № 43-03/2130-9-2019, № 43-03/2130-10-2019 от 17.09.2019, № 45-03/2130-11-2019, № 45-03/2130-12-2019, № 45-03/2130-13-2019, № 45-03/2130-14-2019, № 45-03/2130-15-2019 от 23.09.2019, выданные Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0025;

- сертификат соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01.003 00475 от 13.06.2017, выданный органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Схема декларирования соответствия – бд.

Дополнительная информация:

ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) класс Б «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

Условия и срок хранения: Сигнализаторы горючих газов «ДОЗОР» должны храниться в отапливаемом и вентилируемом складском помещении в условиях 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии агрессивных и ароматических паров (газов).

Срок хранения – 6 месяцев. Срок службы: 8 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.11.2024

включительно



Оболенский Евгений Вячеславович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 003 37326

Дата регистрации декларации о соответствии 21.11.2019