



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,  
место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30  
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,  
тел. +37517 207 65 61, e-mail: marketing@belgastehnika.by,

**в лице** директора Оболенского Евгения Вячеславовича

**заявляет, что** Анализатор «Мультикор-1»

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,

ТУ РБ 100270876.056-2000 «Анализатор «Мультикор-1»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 9031 80 380 0,

серийный выпуск

**соответствует требованиям** технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

**Декларация о соответствии принята на основании**

протокола испытаний № 7864 от 28.05.2018, выданного Испытательным центром Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0085.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01.003 00475 выдан 13.06.2005 Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Схема декларирования соответствия – бд.

**Дополнительная информация:**

ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения»

ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения»

Условия и срок хранения: Анализатор «Мультикор-1» должен храниться в отапливаемых и вентилируемых складских помещениях. Срок хранения – 6 месяцев.

Срок службы анализатора «Мультикор-1» - 8 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.06.2023 включительно.**

  
(подпись)



Оболенский Евгений Вячеславович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 002 08287

Дата регистрации декларации о соответствии 27.06.2018