



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30

зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

номер телефона: +375 17 375 67 84, адрес электронной почты: marketing@belgastehnika.by,

в лице директора Оболенского Евгения Вячеславовича

заявляет, что Измеритель концентрации газов переносной комбинированный КОМБИ-МК

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,

ТУ РБ 05550283.041-99 «Измеритель концентрации газов переносной комбинированный КОМБИ-МК»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 10 100 0,

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 45-61/0633-1-2021 от 29.06.2021, протокола испытаний № 43-61/0633-2-2021 от 09.07.2021, выданных Научно-исследовательским центром

испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0025.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01.003 10296 выдан 13.06.2020 Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Схема декларирования соответствия – бд.

Схема декларирования соответствия – бд.

Дополнительная информация:

ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний»

СТБ EN 55022-2012 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от оборудования информационных технологий. Нормы и методы измерений»

Измеритель концентрации газов переносной комбинированный КОМБИ-МК должен храниться в складских помещениях при температуре от минус 50 до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре 25 °С и при отсутствии агрессивных и ароматических паров (газов). Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с момента ввода прибора в эксплуатацию.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.07.2026 включительно.


(подпись)



Оболенский Евгений Вячеславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 003.02 01736
Дата регистрации декларации о соответствии 20.07.2021