



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30

Зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

номер телефона: +375 17 375 67 84, адрес электронной почты: marketing@belgastehnika.by,

в лице директора Оболенского Евгения Вячеславовича

заявляет, что Индикатор сопротивления фланцевых соединений ИСФС-1,

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,

ТУ РБ 100270876.118-2004 «Индикатор сопротивления фланцевых соединений ИСФС-1»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 9031 80 380 0,

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 22660 ЭМС от 18.01.2024, выданного Испытательным центром Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085; сертификата соответствия № ВУ/112 05.01.003.01 00696 от 13.06.2023, выданного Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Схема декларирования соответствия – бд.

Дополнительная информация

Примененный стандарт: ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 «Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования».

Индикатор должен храниться в складском помещении в условиях 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 при температуре не ниже минус 10 °С и в отсутствии агрессивных паров (газов). Гарантийный срок эксплуатации — не менее 18 месяцев с момента ввода индикатора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с момента изготовления. Средний срок службы должен быть не менее 8 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.02.2029 включительно.


(подпись)



Оболенский Евгений Вячеславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 002.03 04267

Дата регистрации декларации о соответствии 07.02.2024