



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, каб. 101-505, зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

номер телефона +375 17 375 67 84, адрес электронной почты: marketing@belgastehnika.by,

в лице первого заместителя директора – главного инженера Кривулько Дмитрия Михайловича, действующего на основании доверенности № 7 от 14.02.2025,

заявляет, что дефектоскоп ДКИ-4,

изготовитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, каб. 101-505,

ТУ ВУ 100270876.148-2008 «Дефектоскоп ДКИ-4»

код ТН ВЭД ЕАЭС 9031803800

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 28521 ЭМС от 03.04.2026, выданного Испытательным центром Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», ВУ/112 1.0085; сертификата соответствия № ВУ/112 05.01.003.01 00696 от 13.06.2023, выданного органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», ВУ/112 003.01,

схема декларирования соответствия: бд

Дополнительная информация:

Примененный стандарт ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний».

Дефектоскопы должны храниться в складских помещениях при температуре от минус 50°C до плюс 50°C, относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре плюс 25°C и отсутствии агрессивных паров (газов). Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня отправки потребителю. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления дефектоскопа. Средний срок службы должен быть не менее 8 лет.

Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 11.2024.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.04.2031 включительно.


(подпись)


Кривулько Дмитрий Михайлович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 002.03 08366

Дата регистрации декларации о соответствии 13.04.2026