



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, каб. 101-505, зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

номер телефона: +375 17 375 67 84, адрес электронной почты: marketing@belgastekhnika.by,

в лице директора Оболенского Евгения Вячеславовича

заявляет, что устройство контроля толщины изоляции УКТ-2С

изготовитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, каб. 101-505,

ТУ ВУ 100270876.224-2026 «Устройство контроля толщины изоляции УКТ-2С»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 9031 80 340 0

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний № 28723 ЭМС от 27.04.2026, выданного испытательным центром Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», ВУ/112 1.0085; сертификата соответствия № ВУ/112 05.01. 003.01 01841 от 12.06.2026, выданного органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», ВУ/112 003.01; схема декларирования соответствия: бд.


Дополнительная информация

Примененный стандарт: ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний».

Устройство контроля толщины изоляции УКТ-2С должно храниться в складских помещениях при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре 25 °С и отсутствии агрессивных и ароматических паров (газов). Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с момента изготовления. Средняя наработка на отказ не менее 10000 часов. Срок службы не менее 8 лет.

Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 04.2026.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.07.2031 включительно.


(подпись) М.П.  Оболенский Евгений Вячеславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 002.03 09669

Дата регистрации декларации о соответствии 20.07.2026