



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

телефон: +375 17 357 65 61, **адрес электронной почты (e-mail):** marketing@belgastehnika.by,
в лице главного инженера Кривулько Дмитрия Михайловича (Приказ № 108-к от 28.04.2021 г.)
заявляет, что газоанализатор ИГ-15

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,
ТУ ВУ 100270876.163-2012 «Газоанализатор ИГ-15»,
код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 10 100 0,
серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании:

протокола испытаний № 45-61/0257-1-2021 от 20.04.2021, выданного Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0025; Сертификата соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01. 003 10296, выданного 13.06.2020 Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Схема декларирования соответствия – бд.

Дополнительная информация:

Примененный стандарт: ГОСТ Р 51522.1-2011(МЭК 61326-1:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.

Условия и срок хранения: газоанализатор ИГ-15 должен храниться в отапливаемых и вентилируемых складских помещениях в условиях 1 (Л) при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С при отсутствии агрессивных и ароматических паров (газов). Гарантийный срок хранения – 6 мес. со дня изготовления.

Средний срок службы газоанализатора ИГ-15 не менее 8 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.05.2026 включительно.

Главный инженер
(подпись)



М.П.

Кривулько Дмитрий Михайлович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 003.02 00913

Дата регистрации декларации о соответствии 14.05.2021