



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

тел. +37517 207 65 61, e-mail: marketing@belgastehnika.by,

в лице директора Оболенского Евгения Вячеславовича

заявляет, что сигнализатор загазованности угарным газом СЗУ,

сигнализатор загазованности малогабаритный бытовой угарным газом СЗМБ-У,
изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,

ТУ ВУ 100270876.203-2019 «Сигнализаторы загазованности угарным газом»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 10 100 0,

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний № 10990 ЭМС от 27.11.2019, № 10991 ЭМС от 27.11.2019, выданных Испытательным центром Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0085.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01.003 00475 выдан Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Схема декларирования соответствия – бд.

Дополнительная информация:

ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний».

Условия и срок хранения: Сигнализаторы загазованности угарным газом должны храниться в складских помещениях при температуре от 5 °С до 40 °С, относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С и отсутствии агрессивных паров (газов).

Срок хранения – 1 год.

Срок службы сигнализаторов загазованности угарным газом: 8 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.02.2025 включительно



Оболенский Евгений Вячеславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии **ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 002 11862**

Дата регистрации декларации о соответствии **14.02.2020**